



Probówko-strzykawki S-Monovette® Neutral



Probówko-strzykawki S-Monovette® Neutral do pobierania krwi techniką aspiracyjną lub próżniową. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę. Bez dodatków, przeznaczone do wykonania badania na posiew oraz pobierania materiału do analiz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5857	Probówko-strzykawki S-Monovette® Neutral	z etykietą	2,7 ml	11 x 66 mm	50 szt.	05-1729-001
	J-5859	Probówko-strzykawki S-Monovette® Neutral	z etykietą	4,5 ml	11 x 92 mm	50 szt.	05-1727-001
	J-5861	Probówko-strzykawki S-Monovette® Neutral	z etykietą	4,9 ml	13 x 90 mm	50 szt.	04-1926-001
	J-5863	Probówko-strzykawki S-Monovette® Neutral	z etykietą	7,5 ml	15 x 92 mm	50 szt.	01-1728-001
	J-5865	Probówko-strzykawki S-Monovette® Neutral	z etykietą	9,0 ml	16 x 92 mm	50 szt.	02-1726-001
	J-5867	Probówko-strzykawki S-Monovette® Neutral	z etykietą	9,0 ml	16 x 92 mm	100 szt.	02-1726-021

Opis

Probówko-strzykawki S-Monovette® przeznaczone do diagnostyki krwi obwodowej. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę próżniową. **Nie zawierają żadnych dodatków**, co jest równoznaczne z naturalną koagulacją próbek krwi. Probówko-strzykawki S-Monovette® Neutral (J-5867) pakowane indywidualnie są przeznaczone do wykonania **badania na posiew**. Pozostałe modele służą do pobierania materiału do analiz dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W przypadku pracy z igłami motylkowymi i S-Monovette® z płynnym preparatem poleca się stosowanie S-Monovette® Neutral jako pierwszej, pustej strzykawki. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że napełnione są puste przestrzenie wewnętrzne zestawu do pobierania. Gwarantuje to pobranie próbki krwi o odpowiedniej objętości w kolejnych strzykawko-probówkach.

Zalecenia te dotyczą następujących S-Monovette®:

- [Fluoride EDTA](#),
- [Citrate](#),

- [GlucoExact](#),
- [CTAD](#),
- [PFA](#),
- [CPDA](#).

Wszystkie probówko-strzykawki S-Monovette® są przystosowane do pozyskiwania krwi zarówno techniką aspiracyjną, jak i próżniową. Są sterylne dzięki napromieniowaniu elektronowemu. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (wyroby medyczne do diagnostyki *in vitro*). Spełniają wymagania **IATA** oraz **ADR**. Zgodne z kodem UE na podstawie **BS 4851** oraz **ISO 6710** białe zakrętki oraz biała etykieta z napisem Neutral/pojemność probówki lub Neutral Z/pojemność probówki - ułatwiają użytkownikom właściwą identyfikację S-Monovette®. Opakowanie w postaci kartonowego pudełka zawiera 50 szt. strzykawko-probówek lub 100 szt. pakowanych indywidualnie i przeznaczonych na posiew.