



## Końcówki Diamond® do pipet Gilson - Blister Refill



Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Zapakowane w innowacyjne opakowanie Blister Refill, zawierające jeden statyw z 96 końcówkami, które można jednym ruchem przenieść do pudełka na końcówki (pudełka należy zamawiać osobno).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Pojemność	Ilość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-4418	Końcówki DL10 Blister Refill	niesterylne	0,1-20 µl	10 x 96 szt.	F172200	960 szt.
	K-4419	Końcówki D200 Blister Refill	niesterylne	2-200 µl	10 x 96 szt.	F172300	960 szt.
	K-4421	Końcówki D1000 Blister Refill	niesterylne	100-1000 µl	10 x 96 szt.	F172500	960 szt.
	K-4424	Końcówki DL10ST Blister Refill	sterylne	0,1-20 µl	10 x 96 szt.	F172201	960 szt.
	K-4425	Końcówki D200ST Blister Refill	sterylne	2-200 µl	10 x 96 szt.	F172301	960 szt.
	K-4427	Końcówki D1000ST Blister Refill	sterylne	100-1000 µl	10 x 96 szt.	F172501	960 szt.

### Opis

Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropylenu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksymalną dokładność i powtarzalność wyników. Zapakowane w innowacyjne opakowanie Blister Refill, zawierające jeden statyw z 96 końcówkami, które można jednym ruchem przenieść do pudełka na końcówki (pudełka należy zamawiać osobno). Zminimalizowane ryzyko kontaminacji podczas przenoszenia statywu. Końcówki są autoklawowalne po usunięciu zewnętrznego opakowania w następujących warunkach: w 121°C/0,1 Mpa/20 minut.

Końcówki dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej.